




血球试剂出厂检验报告

Hematology Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		清洗液 Concentrated Cleanser						
产品型号 Product Model		浓缩清洗液REC	规 格 Specification		100ml			
批 号 Batch No.		20250319	有效期 Expiration date		2026/3/18			
生产日期 Production Date		2025-03-19	检验日期 Inspection Date		2025. 03. 20			
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard			检验结果 Inspection Results		判定 Judgment	
1	外观 Appearance	应为透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。 Transparent liquid; No precipitation, particles, or floccule			符合要求 Meet with the requirement		合格 Pass	
2	净含量 Net volume	重量允许范围为: $\geq 102\text{g}$ weight allowance: is not less than 102g			105.3	104.9	105.5	合格 Pass
3	PH值 PH value	≥ 7.0 ($25 \pm 1^\circ\text{C}$) (not include proteinase) is not less than 7.0 under temperature of ($25^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$)			12.99	12.98	12.97	合格 Pass
4	电导率 Conductivity Value	/			/		/	
5	渗透浓度 Osmolality Value	/			/		/	
结论 Conclusion		合格 Pass						
检验员 Inspector		银少彤		复核人 Reviewer				
日期 Date		2025. 03. 20		日期 Date		2025. 03. 20 		

注：若无内容填写应用“/”。

Note: If there is no information, Please fill with "/".

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8501

REV: A.1/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years