



血球试剂出厂检验报告

Hematology Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name	血细胞分析用溶血剂 Lyse for Hematology Analyzer					
产品型号 Product Model	RL-7	规格 Specification	500ml			
批 号 Batch No.	20250317	有效期 Expiration date	2027/3/16			
生产日期 Production Date	2025-03-17	检验日期 Inspection Date	2025.03.19			
检验项目 Inspection Items	检验标准 Inspection Standard			检验结果 Inspection Results		判定 Judgment
1 外观 Appearance	应为澄清或透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。 Transparent liquid; No precipitation, particles, or floccule			符合要求 Meet with the requirement		合格 Pass
2 净含量 Net volume	重量允许范围为: $\geq 505\text{g}$ weight allowance: is not less than 505g			507.3	506.9	507.1 合格 Pass
3 PH值 PH value	6.5 ± 0.50 ($25 \pm 1^\circ\text{C}$) not exceed ± 0.50 of 6.5 under temperature of ($25^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$)			6.59	6.58	6.58 合格 Pass
4 电导率 Conductivity Value	/			/		/
5 渗透浓度 Osmolality Value	/			/		/
结论 Conclusion	合格 Pass					
检验员 Inspector	银少彤		复核人 Reviewer	高曼姿		
日期 Date	2025.03.19		日期 Date	2025.03.19		



注: 若无内容填写应用“/”。
Note: If there is no information, Please fill with “/”.

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8501

REV: A.1/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years