



血球试剂出厂检验报告

Hematology Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name	动物血细胞分析仪用溶血剂 Lyse				
产品型号 Product Model	RL-3V	规格 Specification	250ml		
批号 Batch No.	20250318	有效期 Expiration date	2027/3/17		
生产日期 Production Date	2025-03-18	检验日期 Inspection Date	2025. 03. 20		
检验项目 Inspection Items	检验标准 Inspection Standard		检验结果 Inspection Results		判定 Judgment
1 外观 Appearance	应为澄清或透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。 Transparent liquid; No precipitation, particles, or floccule		符合要求 Meet with the requirement		合格 Pass
2 净含量 Net volume	重量允许范围: $\geq 255\text{g}$ weight allowance: is not less than 255g		257.40	256.90	257.30
3 PH值 PH value	6.5 ± 0.50 ($25 \pm 1^\circ\text{C}$) not exceed ± 0.50 of 6.5 under temperature of ($25^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$)		6.45	6.49	6.48
4 电导率 Conductivity Value	/		/		/
5 渗透浓度 Osmolality Value	/		/		/
结论 Conclusion	合格 Pass				
检验员 Inspector	银少彤	复核人 Reviewer	高曼姿		
日期 Date	2025. 03. 20	日期 Date	2025. 03. 20		



注: 若无内容填写应用“/”。
Note: If there is no information, Please fill with“/”.

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8501

REV: A. 1/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years