



血球试剂出厂检验报告

Hematology Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name	血细胞分析用溶血剂 Lyse for Hematology Analyzer					
产品型号 Product Model	RL-86D	规格 Specification	500ml			
批号 Batch No.	20250324	有效期 Expiration date	2027/3/23			
生产日期 Production Date	2025/3/24	检验日期 Inspection Date	2025.03.26			
检验项目 Inspection Items	检验标准 Inspection Standard		检验结果 Inspection Results		判定 Judgment	
1 外观 Appearance	应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。 Transparent liquid; No precipitation, particles, or floccule		符合要求 Meet with the requirement		合格 Pass	
2 净含量 Net volume	重量允许范围为： $\geq 502g$ weight allowance:is not less than 502g		507.1	506.9	507	合格 Pass
3 PH值 PH value	7.4 ± 0.50 ($25 \pm 1^{\circ}C$) not exceed ± 0.50 of 7.4 under temperature of ($25^{\circ}C \pm 1^{\circ}C$)		7.3	7.29	7.28	合格 Pass
4 电导率 Conductivity Value	/		/			/
5 渗透浓度 Osmolality Value	/		/			/
结论 Conclusion	合格 Pass					
检验员 Inspector	银少彤	复核人 Reviewer	高曼姿			
日期 Date	2025.03.26	日期 Date	2025.03.26			

注：若无内容填写应用“/”。
Note:If there is no information,Please fill with“/”.

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8501

REV: A.1/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years