



血球试剂出厂检验报告

Hematology Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		血细胞分析用稀释液 Diluent for Hematology Analyzer				
产品型号 Product Model		RD-86	规格 Specification		20L	
批号 Batch No.		20250401	有效期 Expiration date		2027/3/31	
生产日期 Production Date		2025/4/1	检验日期 Inspection Date		2025.04.02	
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard			检验结果 Inspection Results	判定 Judgment
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。 Transparent liquid; No precipitation, particles, or floccule			符合要求 Meet with the requirement	合格 Pass
2	净含量 Net volume	重量允许范围为： $\geq 20.2\text{kg}$ weight allowance: is not less than 20.2kg			20.3 20.35 20.4	合格 Pass
3	PH值 PH value	7.35 ± 0.20 ($25 \pm 1^\circ\text{C}$) not exceed ± 0.20 of 7.35 under temperature of ($25^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$)			7.48 7.49 7.47	合格 Pass
4	电导率 Conductivity Value	应不超过 $15.7\text{mS/cm} \pm 0.50\text{mS/cm}$ 。 should not exceed $\pm 0.5 \text{ ms/cm}$ of 15.7mS/cm			15.75 15.76 15.78	合格 Pass
5	渗透浓度 Osmolality Value	应不超过 $320 \pm 10\text{mOsm/Kg}$ (mmol/L) should not exceed $\pm 10 \text{ mOsm/kg}$ of 320mOsm/Kg			314 315 311	合格 Pass
结论 Conclusion		合格 Pass				
检验员 Inspector		银少彤	复核人 Reviewer		高曼姿	
日期 Date		2025.04.02	日期 Date		质检专用章 2025.04.02	

注：若无内容填写应用“/”。

Note: If there is no information, Please fill with "/".

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8501

REV: A.1/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years