



血球试剂出厂检验报告

Hematology Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		血细胞分析用溶血剂 Lyse for Hematology Analyzer			
产品型号 Product Model		RL-86D	规 格 Specification		250ml
批 号 Batch No.		20250324	有效期 Expiration date		2027/3/23
生产日期 Production Date		2025/3/24	检验日期 Inspection Date		2025. 03. 26
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard		检验结果 Inspection Results	判定 Judgment
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。 Transparent liquid; No precipitation, particles, or floccule		符合要求 Meet with the requirement	合格 Pass
2	净含量 Net volume	重量允许范围为: $\geq 252\text{g}$ weight allowance: is not less than 252g		256.4 256.9 255.1	合格 Pass
3	PH值 PH value	7.4 ± 0.50 ($25 \pm 1^\circ\text{C}$) not exceed ± 0.50 of 7.4 under temperature of ($25^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$)		7.28 7.3 7.31	合格 Pass
4	电导率 Conductivity Value	/		/	/
5	渗透浓度 Osmolality Value	/		/	/
结论 Conclusion		合格 Pass			
检验员 Inspector		银少彤	复核人 Reviewer 高曼姿		
日期 Date		2025. 03. 26	日期 Date 2025. 03. 26		

注: 若无内容填写应用“/”。

Note: If there is no information, Please fill with“/”.

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8501

REV: A.1/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years