



血球试剂出厂检验报告

Hematology Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		血细胞分析用溶血剂 Lyse for Hematology Analyzer			
产品型号 Product Model		RL-50D	规格 Specification		500mL
批 号 Batch No.		20250414	有效期 Expiration date		2027/4/13
生产日期 Production Date		2025/4/14	检验日期 Inspection Date		2025. 04. 21
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard		检验结果 Inspection Results	判定 Judgment
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。 Transparent liquid; No precipitation, particles, or floccule		符合要求 Meet with the requirement	合格 Pass
2	净含量 Net volume	重量允许范围为：≥505g weight allowance:is not less than 505g		505.7 506.5 506.6	合格 Pass
3	PH值 PH value	4.08±0.50 (25±1℃) not exceed ±0.50 of 4.08 under temperature of (25° C±1° C)		4.12 4.11 4.11	合格 Pass
4	电导率 Conductivity Value	/		/	/
5	渗透浓度 Osmolality Value	/		/	/
结论 Conclusion		合格 Pass			
检验员 Inspector		银少彤	复核人 Reviewer		
日期 Date		2025. 04. 21	日期 Date		

注：若无内容填写应用“/”。

Note:If there is no information,Please fill with"/".

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8501

REV: A.1/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years