



生化试剂出厂检验报告
Chemistry Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		全程C反应蛋白（超敏CRP+常规CRP）测定试剂盒（免疫散射比浊法） C-Reactive Protein Assay Kit(Immuno Nephelometry)			
规格 Specification		100T/盒 100Tests/Kit	产品型号 Product Model		/
批号 Batch No.		20250417	有效期 Expiration Date		2026.04.16
生产日期 Production Date		2025.04.17	检验日期 Inspection Date		2025.04.24
试剂批号 Reagent batch number		20250417	试剂有效期 Expiration date of Reagent		2026.04.16
校准/质控批号 Calibrator/Control batch number		20250417	校准有效期 Expiration date of Calibrator		2026.04.16
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard			判定 Judgment
1	外观 Appearance	R1无色至淡黄色澄清液体，R2乳白色液体，无沉淀及絮状物 R1 is colorless or yellowish clear liquid and R2 is milky liquid, without sediments or floccules.			符合 Meet with the requirement 合格 Pass
2	净含量 Net volume	液体试剂的净含量应不少于标示值 The Net volume of liquid reagents should not be less than the indicated value			符合 Meet with the requirement 合格 Pass
3	准确度 Accuracy	相对偏差不超过±10% The relative deviation should not exceed ±10%.			4.89% 合格 Pass
4	重复性 Repeatability	变异系数CV≤10% Coefficient of Variation (CV) ≤ 10%			QC1 2.72% 合格 Pass
					QC2 3.09% Pass
5	线性范围 Linearity range	在0.5mg/L~370mg/L范围内，相关系数（r）应≥0.9900 Within the range of 0.5mg/L ~ 370mg/L, the correlation coefficient (r) should be ≥ 0.9900.			0.9973 合格 Pass
结论 Conclusion		合格 Pass			
检验员 Inspector		银少彤	复核人 Reviewer		
日期 Date		2025.04.24	日期 Date		

注：若无内容填写应用“/”。

Note: If there is no information, please fill with "/".

表格编号/Form Number: RT-RPM-Q8503

REV: A.2/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years

