



# 血球试剂出厂检验报告

## Hematology Reagent Inspection Report

|                          |                           |                                                                                            |                         |                 |                                   |            |                |            |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|----------------|------------|
| 产品名称<br>Product Name     |                           | 血细胞分析用稀释液<br>Diluent for Hematology Analyzer                                               |                         |                 |                                   |            |                |            |
| 产品型号<br>Product Model    |                           | RD-86                                                                                      | 规格<br>Specification     |                 | 20L                               |            |                |            |
| 批 号<br>Batch No.         |                           | 20250424                                                                                   | 有效期<br>Expiration date  |                 | 2027/4/23                         |            |                |            |
| 生产日期<br>Production Date  |                           | 2025/4/24                                                                                  | 检验日期<br>Inspection Date |                 | 2025.04.25                        |            |                |            |
| 检验项目<br>Inspection Items |                           | 检验标准<br>Inspection Standard                                                                |                         |                 | 检验结果<br>Inspection Results        |            | 判定<br>Judgment |            |
| 1                        | 外观<br>Appearance          | 应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。<br>Transparent liquid;<br>No precipitation, particles, or floccule |                         |                 | 符合要求<br>Meet with the requirement |            | 合格<br>Pass     |            |
| 2                        | 净含量<br>Net volume         | 重量允许范围：≥20.2kg<br>weight allowance: is not less than 20.2kg                                |                         |                 | 20.25                             | 20.35      | 20.35          | 合格<br>Pass |
| 3                        | PH值<br>PH value           | 7.35±0.20 (25±1℃)<br>not exceed ±0.20 of 7.35<br>under temperature of (25° C±1° C)         |                         |                 | 7.43                              | 7.47       | 7.44           | 合格<br>Pass |
| 4                        | 电导率<br>Conductivity Value | 应不超过15.7mS/cm±0.50mS/cm。<br>should not exceed ±0.5 ms/cm of 15.7mS/cm                      |                         |                 | 15.81                             | 15.80      | 15.80          | 合格<br>Pass |
| 5                        | 渗透浓度<br>Osmolality Value  | 应不超过320±10mOsm/Kg (mmol/L)<br>should not exceed ±10 mOsm/kg of 320mOsm/Kg                  |                         |                 | 316                               | 317        | 322            | 合格<br>Pass |
| 结论<br>Conclusion         |                           | 合格<br>Pass                                                                                 |                         |                 |                                   |            |                |            |
| 检验员<br>Inspector         |                           | 银少彤                                                                                        |                         | 复核人<br>Reviewer |                                   | 高曼姿        |                |            |
| 日期<br>Date               |                           | 2025.04.25                                                                                 |                         | 日期<br>Date      |                                   | 2025.04.25 |                |            |

注：若无内容填写应用“/”。

Note: If there is no information, Please fill with "/".

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8501

REV: A.1/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years