



血球试剂出厂检验报告

Hematology Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		清洗液 Cleanser					
产品型号 Product Model		多功能酶清洗液RC-2	规格 Specification	1L			
批号 Batch No.		20250422	有效期 Expiration date	2026/10/21			
生产日期 Production Date		2025-04-22	检验日期 Inspection Date	2025.04.23			
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard		检验结果 Inspection Results		判定 Judgment	
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。 Transparent liquid; No precipitation, particles, or floccule		符合要求 Meet with the requirement		合格 Pass	
2	净含量 Net volume	重量允许范围： $\geq 1.01\text{kg}$ weight allowance: is not less than 1.01kg		1.10	1.09	1.10	合格 Pass
3	PH值 PH value	7.5 ± 0.50 ($25 \pm 1^\circ\text{C}$) not exceed ± 0.50 of 7.5 under temperature of ($25^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$)		7.58	7.59	7.56	合格 Pass
4	电导率 Conductivity Value	/		/			/
5	渗透浓度 Osmolality Value	/		/			/
结论 Conclusion		合格 Pass					
检验员 Inspector		银少彤		复核人 Reviewer			
日期 Date		2025.04.23		日期 Date		2025.04.23	

注：若无内容填写应用“/”。

Note: If there is no information, Please fill with "/".

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8501

REV: A.1/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years