



血球试剂出厂检验报告

Hematology Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		清洗液 Concentrated Cleanser						
产品型号 Product Model		五分类血细胞分析仪用RC-86C	规格 Specification		50ml			
批号 Batch No.		20250421	有效期 Expiration date		2026/4/20			
生产日期 Production Date		2025/4/21	检验日期 Inspection Date		2025. 04. 22			
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard			检验结果 Inspection Results		判定 Judgment	
1	外观 Appearance	应为透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。 Transparent liquid; No precipitation, particles, or floccule			符合要求 Meet with the requirement		合格 Pass	
2	净含量 Net volume	重量允许范围为：≥51g weight allowance:is not less than 51g			51.8	51.67	51.72	合格 Pass
3	PH值 PH value	≥8.0 (25±1℃) (not include proteinase) is not less than 8.0 under temperature of (25° C ±1° C)			13.52	13.5	13.51	合格 Pass
4	电导率 Conductivity Value	/			/			/
5	渗透浓度 Osmolality Value	/			/			/
结论 Conclusion		合格 Pass						
检验员 Inspector		银少彤		复核人 Reviewer		高曼姿		
日期 Date		2025. 04. 22		日期 Date		2025. 04. 22		

注：若无内容填写应用“/”。

Note:If there is no information,Please fill with"/".

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8501

REV: A.1/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years