



化学发光试剂出厂检验报告

产品名称		待测物清洗液			
规格		1L	产品型号	REC-L	
批号		20250509	有效期	2026.05.08	
生产日期		2025.05.09	检验日期	2025.05.12	
检验项目		检验标准		检验结果	判定
1	外观	应为均一无色澄清液体，无沉淀、颗粒或絮状物		符合	合格
2	净含量	液体试剂的净含量应不少于标示值		符合	合格
3	准确度	/		/	/
4	重复性	/		/	/
5	线性范围	/		/	/
结论		合格			
检验员		钟宗崇	复核人	高曼姿	
日期		2025.05.12	日期	2025.05.12	

注：若无内容填写应用“/”。

表格编号：RT-RFM-Q8504
REV: A.2/ 保存期限：10年