



血球试剂出厂检验报告

Hematology Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		动物血细胞分析仪用溶血剂 Lyse					
产品型号 Product Model		RL-3V	规格 Specification	250ml			
批号 Batch No.		20250507	有效期 Expiration date	2027/5/6			
生产日期 Production Date		2025-05-07	检验日期 Inspection Date	2025. 05. 12			
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard		检验结果 Inspection Results		判定 Judgment	
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。 Transparent liquid; No precipitation, particles, or floccule		符合要求 Meet with the requirement		合格 Pass	
2	净含量 Net volume	重量允许范围: $\geq 255\text{g}$ weight allowance: is not less than 255g		257.40	257.30	257.30	合格 Pass
3	PH值 PH value	6.5 ± 0.50 ($25 \pm 1^\circ\text{C}$) not exceed ± 0.50 of 6.5 under temperature of ($25^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$)		6.44	6.46	6.45	合格 Pass
4	电导率 Conductivity Value	/		/			/
5	渗透浓度 Osmolality Value	/		/			/
结论 Conclusion		合格 Pass					
检验员 Inspector		银少彤		复核人 Reviewer		高曼姿	
日期 Date		2025. 05. 12		日期 Date		2025. 05. 12	

注: 若无内容填写应用“/”。
Note: If there is no information, Please fill with“/”.

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8501

REV: A. 1/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years