血球试剂出厂检验报告

Hematology Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		清洗液 Cleanser				
产品型号 Product Model	五分类血细胞分析仪用RC-86	规　格 Specification	1L			
批　号 Batch No.	20250513	有效期 Expiration date	2026/11/12			
生产日期 Production Date	2025-05-13	检验日期 Inspection Date	2025.05.14			
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard	检验结果 Inspection Results			判定 Judgment
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。 Transparent liquid; No precipitation, particles, or floccule	符合要求 Meet with the requirement			合格 Pass
2	净含量 Net volume	重量允许范围为：≥1.01kg weigent allowance: is not less than 1.01kg	1.07	1.07	1.07	合格 Pass
3	PH值 PH value	7.8±0.20（25±1℃） not exceed ±0.20 of 7.8 under temperature of (25° C±1° C)	7.84	7.86	7.83	合格 Pass
4	电导率 Conductivity Value	/	/			/
5	渗透浓度 Osmolality Value	/	/			/
结论 Conclusion		合格 Pass				
检验员 Inspector	银少彤	复核人 Reviewer	高要婷			
日期 Date	2025.05.14	日期 Date	2025.05.14			

注：若无内容填写应用“/”。
Note:If there is no information,Please fill with"/".

表格编号/Form Number：RT-RFM-Q8501
REV：A.1/ 保存期限：10年/Storage Life：10 years