# 血球试剂出厂检验报告

## Hematology Reagent Inspection Report

| 产品名称 Product Name | 清洗液 Cleanser | | |
|---|---|---|---|
| 产品型号 Product Model | 五分类血细胞分析仪用RC-86 | 规　格 Specification | 500mL |
| 批　号 Batch No. | 20250513 | 有效期 Expiration date | 2026/11/12 |
| 生产日期 Production Date | 2025-05-13 | 检验日期 Inspection Date | 2025.05.14 |

| | 检验项目 Inspection Items | 检验标准 Inspection Standard | 检验结果 Inspection Results | | | 判定 Judgment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外观 Appearance | 应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。 Transparent liquid; No precipitation, particles, or floccule | 符合要求 Meet with the requirement | | | 合格 Pass |
| 2 | 净含量 Net volume | 重量允许范围为：≥505g weigent allowance: is not less than 505g | 508.9 | 508.8 | 508.2 | 合格 Pass |
| 3 | PH值 PH value | 7.8±0.20（25±1℃） not exceed ±0.20 of 7.8 under temperature of (25° C±1° C) | 7.88 | 7.87 | 7.87 | 合格 Pass |
| 4 | 电导率 Conductivity Value | / | / | | | / |
| 5 | 渗透浓度 Osmolality Value | / | / | | | / |
| 结论 Conclusion | | 合格 Pass | | | | |
| 检验员 Inspector | | 银少彤 | 复核人 Reviewer | | 高曼姿 | |
| 日期 Date | | 2025.05.14 | 日期 Date | | 2025.05.14 | |

注：若无内容填写应用“/”。
Note:If there is no information,Please fill with"/".

表格编号/Form Number：RT-RFM-Q8501
REV：A.1/ 保存期限：10年/Storage Life：10 years