



生化试剂出厂检验报告
Chemistry Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name	清洗液 RPA Cleanser						
规格 Specification	4L	产品型号 Product Model	特定蛋白分析仪用RC-710 RC-710				
批号 Batch No.	20250515	有效期 Expiration Date	2026/5/14				
生产日期 Production Date	2025-05-15	检验日期 Inspection Date	2025.05.16				
试剂批号 Reagent batch number	/	试剂有效期 Expiration date of Reagent	/				
校准/质控批号 Calibrator/Control batch number	/	校准有效期 Expiration date of Calibrator	/				
检验项目 Inspection Items	检验标准 Inspection Standard				检验结果 Inspection Results		判定 Judgment
1 外观 Appearance	应为澄清液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物 Transparent liquid; No precipitation, particles, or floccule				符合 Meet with the requirement		合格 Pass
2 净含量 Net volume	重量允许范围: 4.04kg—4.25kg weight allowance: 4.04kg—4.25kg				4.08	4.08	4.07 合格 Pass
3 pH值 PH value	≥11.0				12.86	12.84	12.86 合格 Pass
4 准确度 Accuracy	/				/		/
5 重复性 Repeatability	/				/		/
6 线性范围 Linearity range	/				/		/
结论 Conclusion	合格 Pass						
检验员 Inspector	银少彤		复核人 Reviewer		高曼姿		
日期 Date	2025.05.16		日期 Date		2025.05.16		

注: 若无内容填写应用“/”。

Note: If there is no information, please fill with “/”.

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8503

REV: A.2/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years