



# 血球试剂出厂检验报告

## Hematology Reagent Inspection Report

|                          |                           |                                                                                            |                         |                 |                                   |              |                |            |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|----------------|------------|
| 产品名称<br>Product Name     |                           | 血细胞分析用溶血剂<br>Lyse for Hematology Analyzer                                                  |                         |                 |                                   |              |                |            |
| 产品型号<br>Product Model    |                           | RL-50H                                                                                     | 规格<br>Specification     |                 | 130mL                             |              |                |            |
| 批 号<br>Batch No.         |                           | 20250512                                                                                   | 有效期<br>Expiration date  |                 | 2027/5/11                         |              |                |            |
| 生产日期<br>Production Date  |                           | 2025/5/12                                                                                  | 检验日期<br>Inspection Date |                 | 2025. 05. 14                      |              |                |            |
| 检验项目<br>Inspection Items |                           | 检验标准<br>Inspection Standard                                                                |                         |                 | 检验结果<br>Inspection Results        |              | 判定<br>Judgment |            |
| 1                        | 外观<br>Appearance          | 应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。<br>Transparent liquid;<br>No precipitation, particles, or floccule |                         |                 | 符合要求<br>Meet with the requirement |              | 合格<br>Pass     |            |
| 2                        | 净含量<br>Net volume         | 重量允许范围为：≥132g<br>weight allowance:is not less than 132g                                    |                         |                 | 135.7                             | 135.5        | 135.9          | 合格<br>Pass |
| 3                        | PH值<br>PH value           | 2.15±0.50 (25±1℃)<br>not exceed ±0.50 of 2.15<br>under temperature of (25° C±1° C)         |                         |                 | 2.23                              | 2.24         | 2.23           | 合格<br>Pass |
| 4                        | 电导率<br>Conductivity Value | /                                                                                          |                         |                 | /                                 |              |                | /          |
| 5                        | 渗透浓度<br>Osmolality Value  | /                                                                                          |                         |                 | /                                 |              |                | /          |
| 结论<br>Conclusion         |                           | 合格<br>Pass                                                                                 |                         |                 |                                   |              |                |            |
| 检验员<br>Inspector         |                           | 银少彤                                                                                        |                         | 复核人<br>Reviewer |                                   | 高曼姿          |                |            |
| 日期<br>Date               |                           | 2025. 05. 14                                                                               |                         | 日期<br>Date      |                                   | 2025. 05. 14 |                |            |

注：若无内容填写应用“/”。

Note:If there is no information ,Please fill with"/".

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8501

REV: A.1/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years