



校准物/质控物出厂检验报告

Calibrator/Control Inspection Report

产品名称 Product Name		血细胞分析仪用质控物（光学法） Quality Control for Hematology Analyzer (Optic Method)		
规格 Specification		3mL		
批号 Batch No.		52503H	有效期 Expiration Date	2025.08.16
生产日期 Production Date		2025.05.19	检验日期 Inspection Date	2025.05.22
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard		判定 Judgment
1	外观 Appearance	足够均匀的血液类物质，不可有凝块。标签上有完整的批号、有效期，应清晰准确。 Calibration for uniform blood class material, Mark the batch number and self life of the labeled as a complete		符合 Meet with the requirement 合格 Pass
2	装量 Net volume	装量负偏差小于等于标示量的3%。 The load negative deviation less than 3%		符合 Meet with the requirement 合格 Pass
3	瓶内均匀性 Uniformity	瓶内均匀性（CV%）应满足： solution uniformity (CV%)： WBC≤2% RBC≤1.5% HGB≤1.5% MCV≤0.5% RDW-CV≤1.5% HCT≤1.0% PLT≤4% MPV≤4% Neu%±3 Lym%±2.5 Mon%±2 Eos%±1.5 Bas%±0.8		WBC: 1.0% RBC: 1.1% HGB: 1.0% MCV: 0.2% RDW-CV: 0.0% HCT: 0.9% PLT: 1.7% MPV: 0.8% Neu%: 0.02 Lym%: 0.02 Mon%: 0.03 Eos%: 0.07 Bas%: 0.12 合格 Pass
结论 Conclusion		合格 Pass		
检验员 Inspector		银少彤	复核人 Reviewer	高曼姿
日期 Date		2025.05.22	日期 Date	2025.05.22

注：若无内容填写应用“/”。

Note: If there is no information, please fill with "/".

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8505

REV: A.2/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years