

血细胞分析仪用校准物参考值表

型号：RT-C5

批号：52505C

生产日期：2025.05.19

有效期至：2025.07.02

仪器	参数	单位	参考值	允许偏差
Hemaray 83 Hemaray 86 Hemaray 89 Hemacounter SL	WBC	$\times 10^9/L$	10.3	± 0.3
	RBC	$\times 10^{12}/L$	4.16	± 0.1
	HGB	g/L	126	± 2
	MCV	fL	88.9	± 2
	PLT	$\times 10^9/L$	228	± 15
Hemaray 50CRP、Hemaray 51、 Hemaray 52、Hemaray 53、 Hemaray 54、Hemaray 55CRP、 Hemaray 56CRP、Hemaray 57CRP、 Hemaray 58CRP、Hemaray 59CRP	WBC	$\times 10^9/L$	9.4	± 0.3
	RBC	$\times 10^{12}/L$	4.43	± 0.1
	HGB	g/L	130	± 2
	MCV	fL	82.9	± 2
	PLT	$\times 10^9/L$	226	± 15