



血球试剂出厂检验报告

Hematology Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		血细胞分析用溶血剂 Lyse for Hematology Analyzer			
产品型号 Product Model		RL-86D	规格 Specification		500ml
批号 Batch No.		20250515	有效期 Expiration date		2027/5/14
生产日期 Production Date		2025/5/15	检验日期 Inspection Date		2025.05.19
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard		检验结果 Inspection Results	判定 Judgment
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。 Transparent liquid; No precipitation, particles, or floccule		符合要求 Meet with the requirement	合格 Pass
2	净含量 Net volume	重量允许范围为：≥502g weight allowance:is not less than 502g		506.9 507.3 507.2	合格 Pass
3	PH值 PH value	7.4±0.50 (25±1℃) not exceed ±0.50 of 7.4 under temperature of (25° C±1° C)		7.3 7.28 7.29	合格 Pass
4	电导率 Conductivity Value	/		/	/
5	渗透浓度 Osmolality Value	/		/	/
结论 Conclusion		合格 Pass			
检验员 Inspector		银少彤	复核人 Reviewer 高曼姿		
日期 Date		2025.05.19	日期 Date 2025.05.19		

注：若无内容填写应用“/”。

Note:If there is no information,Please fill with“/”.

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8501

REV: A.1/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years