



化学发光试剂出厂检验报告

产品名称		待测物清洗液		
规格		20L	产品型号	RC-L
批号		20250519	有效期	2026. 05. 18
生产日期		2025. 05. 19	检验日期	2025. 05. 22
检验项目		检验标准	检验结果	判定
1	外观	应为均一液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求	合格
2	净含量	液体试剂净含量应不少于标示值	符合要求	合格
3	准确度	/	/	/
4	重复性	/	/	/
5	线性范围	/	/	/
结论		合格		
检验员		钟宗崇	复核人	高曼姿
日期		2025. 05. 22	日期	2025. 05. 22

注：若无内容填写应用“/”。

表格编号：RT-RFM-Q8504
REV: A. 2/ 保存期限：10年