



血球试剂出厂检验报告

Hematology Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		血细胞分析用溶血剂 Lyse for Hematology Analyzer			
产品型号 Product Model		RL-86H	规格 Specification	500mL	
批 号 Batch No.		20250605	有效期 Expiration date	2027/6/4	
生产日期 Production Date		2025/6/5	检验日期 Inspection Date	2025. 06. 06	
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard		检验结果 Inspection Results	判定 Judgment
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。 Transparent liquid; No precipitation, particles, or floccule		符合要求 Meet with the requirement	合格 Pass
2	净含量 Net volume	重量允许范围： $\geq 505\text{g}$ weight allowance: is not less than 505g		507.4 507.2 506.9	合格 Pass
3	PH值 PH value	6.0 ± 0.50 ($25 \pm 1^\circ\text{C}$) not exceed ± 0.50 of 6.0 under temperature of ($25^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$)		5.99 6.00 5.99	合格 Pass
4	电导率 Conductivity Value	/		/	/
5	渗透浓度 Osmolality Value	/		/	/
结论 Conclusion		合格 Pass			
检验员 Inspector		银少彤	复核人 Reviewer	高曼姿 质检专用章	
日期 Date		2025. 06. 06	日期 Date	2025. 06. 06	

注：若无内容填写应用“/”。
Note: If there is no information, Please fill with“/”.

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8501

REV: A.1/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years