血球试剂出厂检验报告

Hematology Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		血细胞分析用稀释液 Diluent for Hematology Analyzer					
产品型号 Product Model		RD-86	规　格 Specification	20L			
批　号 Batch No.		20250517	有效期 Expiration date	2027/5/16			
生产日期 Production Date		2025/5/17	检验日期 Inspection Date	2025.06.19			
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard		检验结果 Inspection Results			判定 Judgment
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。 Transparent liquid; No precipitation, particles, or floccule		符合要求 Meet with the requirement			合格 Pass
2	净含量 Net volume	重量允许范围为：≥20.2kg weigent allowance: is not less than 20.2kg		20.3	20.3	20.4	合格 Pass
3	PH值 PH value	7.35±0.20（25±1℃） not exceed ±0.20 of 7.35 under temperature of (25° C±1° C)		7.49	7.50	7.49	合格 Pass
4	电导率 Conductivity Value	应不超过15.7mS/cm±0.50mS/cm。 should not exceed ±0.5 ms/cm of 15.7mS/cm		15.77	15.76	15.76	合格 Pass
5	渗透浓度 Osmolality Value	应不超过320±10mOsm/Kg（mmol/L） should not exceed ±10 mOsm/kg of 320mOsm/Kg		314	315	312	合格 Pass
结论 Conclusion		合格 Pass					
检验员 Inspector		银少彤	复核人 Reviewer	高曼姿			
日期 Date		2025.06.19	日期 Date	2025.06.19			

注：若无内容填写应用“/”。

Note:If there is no information,Please fill with"/".

表格编号/Form Number：RT-RFM-Q8501

REV：A.1/ 保存期限：10年/Storage Life：10 years