



血球试剂出厂检验报告

Hematology Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		血细胞分析用稀释液 Diluent for Hematology Analyzer						
产品型号 Product Model		RD-7	规 格 Specification		20L			
批 号 Batch No.		20250617	有效期 Expiration date		2027/6/16			
生产日期 Production Date		2025-06-17	检验日期 Inspection Date		2025.06.18			
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard			检验结果 Inspection Results		判定 Judgment	
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。 Transparent liquid; No precipitation, particles, or floccule			符合要求 Meet with the requirement		合格 Pass	
2	净含量 Net volume	重量允许范围为：≥20.2kg weight allowance: is not less than 20.2kg			20.35	20.35	20.30	合格 Pass
3	PH值 PH value	7.45±0.20 (25±1℃) not exceed ±0.20 of 7.45 under temperature of (25° C±1° C)			7.42	7.43	7.4	合格 Pass
4	电导率 Conductivity Value	应不超过17.0mS/cm±0.50mS/cm。 should not exceed ±0.5 ms/cm of 17.0mS/cm			16.84	16.83	16.83	合格 Pass
5	渗透浓度 Osmolality Value	应不超过307±10mOsm/Kg (mmol/L) should not exceed ±10 mOsm/kg of 307mOsm/Kg			306	310	308	合格 Pass
结论 Conclusion		合格 Pass						
检验员 Inspector		银少彤		复核人 Reviewer		高曼姿		
日期 Date		2025.06.18		日期 Date		2025.06.18		

注：若无内容填写应用“/”。

Note: If there is no information, Please fill with "/".

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8501

REV: A.1/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years