血球试剂出厂检验报告

Hematology Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		血细胞分析用溶血剂 Lyse for Hematology Analyzer						
产品型号 Product Model		RL-50H	规　格 Specification	130mL				
批　号 Batch No.		20250617	有效期 Expiration date	2027/6/16				
生产日期 Production Date		2025/6/17	检验日期 Inspection Date	2025.06.18				
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard		检验结果 Inspection Results			判定 Judgment	
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。 Transparent liquid; No precipitation, particles, or floccule		符合要求 Meet with the requirement			合格 Pass	
2	净含量 Net volume	重量允许范围为：≥132g weigent allowance:is not less than 132g		133.9	133.0	133.6	合格 Pass	
3	PH值 PH value	2.15±0.50（25±1℃） not exceed ±0.50 of 2.15 under temperature of (25° C±1° C)		2.17	2.18	2.19	合格 Pass	
4	电导率 Conductivity Value	/		/			/	
5	渗透浓度 Osmolality Value	/		/			/	
结论 Conclusion		合格 Pass						
检验员 Inspector		银少彤	复核人 Reviewer	高曼姿				
日期 Date		2025.06.18	日期 Date	2025.06.18				

注：若无内容填写应用“/”。
Note:If there is no information ,Please fill with"/".

表格编号/Form Number：RT-RFM-Q8501

REV：A.1/ 保存期限：10年/Storage Life：10 years