# 血球试剂出厂检验报告

## Hematology Reagent Inspection Report

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称<br>Product Name | | 血细胞分析用溶血剂<br>Lyse for Hematology Analyzer | | | | | |
| 产品型号<br>Product Model | | RL-50H | 规　格<br>Specification | 500ml | | | |
| 批　号<br>Batch No. | | 20250617 | 有效期<br>Expiration date | 2027/6/16 | | | |
| 生产日期<br>Production Date | | 2025-06-17 | 检验日期<br>Inspection Date | 2025.06.18 | | | |
| 检验项目<br>Inspection Items | | 检验标准<br>Inspection Standard | | 检验结果<br>Inspection Results | | | 判定<br>Judgment |
| 1 | 外观<br>Appearance | 应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。<br>Transparent liquid;<br>No precipitation, particles, or floccule | | 符合要求<br>Meet with the requirement | | | 合格<br>Pass |
| 2 | 净含量<br>Net volume | 重量允许范围为：≥505g<br>weigent allowance:is not less than 505g | | 505.3 | 504.9 | 505.6 | 合格<br>Pass |
| 3 | PH值<br>PH value | 2.15±0.50（25±1℃）<br>not exceed ±0.50 of 2.15<br>under temperature of (25° C±1° C) | | 2.17 | 2.18 | 2.19 | 合格<br>Pass |
| 4 | 电导率<br>Conductivity Value | / | | / | | | / |
| 5 | 渗透浓度<br>Osmolality Value | / | | / | | | / |
| 结论<br>Conclusion | | 合格<br>Pass | | | | | |
| 检验员<br>Inspector | | 银少彤 | 复核人<br>Reviewer | 高曼姿 | | | |
| 日期<br>Date | | 2025.06.18 | 日期<br>Date | 2025.06.18 | | | |

深圳雷龙生命科学股份有限公司 质检专用章

注：若无内容填写应用“/”。
Note:If there is no information ,Please fill with"/".

表格编号/Form Number：RT-RFM-Q8501

REV：A.1/ 保存期限：10年/Storage Life：10 years