血球试剂出厂检验报告

Hematology Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name	清洗液 Concentrated Cleanser						
产品型号 Product Model	五分类血细胞分析仪用RC-86C	规　格 Specification	50ml				
批　号 Batch No.	20250618	有效期 Expiration date	2026/6/17				
生产日期 Production Date	2025/6/18	检验日期 Inspection Date	2025.06.19				
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard		检验结果 Inspection Results			判定 Judgment
1	外观 Appearance	应为透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。 Transparent liquid; No precipitation, particles, or floccule		符合要求 Meet with the requirement			合格 Pass
2	净含量 Net volume	重量允许范围为：≥51g weigent allowance:is not less than 51g		52.03	52.1	52.08	合格 Pass
3	PH值 PH value	≥8.0（25±1℃） (not include proteinase) is not less than 8.0 under temperature of (25° C ±1° C)		13.50	13.51	13.51	合格 Pass
4	电导率 Conductivity Value	/		/			/
5	渗透浓度 Osmolality Value	/		/			/
结论 Conclusion	合格 Pass						
检验员 Inspector	银少彤	复核人 Reviewer	高曼姿				
日期 Date	2025.06.19	日期 Date	2025.06.19				

注：若无内容填写应用“/”。

Note:If there is no information,Please fill with"/".

表格编号/Form Number：RT-RFM-Q8501

REV：A.1/ 保存期限：10年/Storage Life：10 years