



血球试剂出厂检验报告

Hematology Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		血细胞分析用稀释液 Diluent for Hematology Analyzer						
产品型号 Product Model		RD-86	规格 Specification		20L			
批号 Batch No.		20250514	有效期 Expiration date		2027/5/13			
生产日期 Production Date		2025/5/14	检验日期 Inspection Date		2025.06.12			
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard			检验结果 Inspection Results		判定 Judgment	
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。 Transparent liquid; No precipitation, particles, or floccule			符合要求 Meet with the requirement		合格 Pass	
2	净含量 Net volume	重量允许范围为：≥20.2kg weight allowance: is not less than 20.2kg			20.35	20.4	20.3	合格 Pass
3	PH值 PH value	7.35±0.20 (25±1℃) not exceed ±0.20 of 7.35 under temperature of (25° C±1° C)			7.40	7.42	7.42	合格 Pass
4	电导率 Conductivity Value	应不超过15.7mS/cm±0.50mS/cm。 should not exceed ±0.5 ms/cm of 15.7mS/cm			15.80	15.79	15.78	合格 Pass
5	渗透浓度 Osmolality Value	应不超过320±10mOsm/Kg (mmol/L) should not exceed ±10 mOsm/kg of 320mOsm/Kg			312	315	319	合格 Pass
结论 Conclusion		合格 Pass						
检验员 Inspector		银少彤		复核人 Reviewer				
日期 Date		2025.06.12		日期 Date		2025.06.12		

注：若无内容填写应用“/”。

Note: If there is no information, Please fill with "/".

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8501

REV: A.1/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years