



血球试剂出厂检验报告

Hematology Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		血细胞分析用溶血剂 Lyse for Hematology Analyzer				
产品型号 Product Model		RL-86H	规 格 Specification		500mL	
批 号 Batch No.		20250513	有效期 Expiration date		2027/5/12	
生产日期 Production Date		2025/5/13	检验日期 Inspection Date		2025.05.15	
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard		检验结果 Inspection Results		判定 Judgment
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。 Transparent liquid; No precipitation, particles, or floccule		符合要求 Meet with the requirement		合格 Pass
2	净含量 Net volume	重量允许范围为：≥505g weight allowance: is not less than 505g		507.1	506.6	506.2 合格 Pass
3	PH值 PH value	6.0±0.50 (25±1℃) not exceed ±0.50 of 6.0 under temperature of (25° C±1° C)		6.09	6.07	6.07 合格 Pass
4	电导率 Conductivity Value	/		/		/
5	渗透浓度 Osmolality Value	/		/		/
结论 Conclusion		合格 Pass				
检验员 Inspector		银少彤		复核人 Reviewer		高曼曼
日期 Date		2025.05.15		日期 Date		2025.05.15



注：若无内容填写应用“/”。
Note: If there is no information, Please fill with“/”.

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8501

REV: A.1/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years