



血球试剂出厂检验报告

Hematology Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		血细胞分析用溶血剂 Lyse for Hematology Analyzer					
产品型号 Product Model		RL-7	规格 Specification	500ml			
批 号 Batch No.		20250626	有效期 Expiration date	2027/6/25			
生产日期 Production Date		2025-06-26	检验日期 Inspection Date	2025.06.27			
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard		检验结果 Inspection Results		判定 Judgment	
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。 Transparent liquid; No precipitation, particles, or floccule		符合要求 Meet with the requirement		合格 Pass	
2	净含量 Net volume	重量允许范围为: $\geq 505\text{g}$ weight allowance: is not less than 505g		508.1	507.4	507.6	合格 Pass
3	PH值 PH value	6.5 ± 0.50 ($25 \pm 1^\circ\text{C}$) not exceed ± 0.50 of 6.5 under temperature of ($25^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$)		6.48	6.46	6.46	合格 Pass
4	电导率 Conductivity Value	/		/		/	/
5	渗透浓度 Osmolality Value	/		/		/	/
结论 Conclusion		合格 Pass					
检验员 Inspector		银少彤		复核人 Reviewer		高曼姿	
日期 Date		2025.06.27		日期 Date		2025.06.27	

注: 若无内容填写应用 “/” 。
Note: If there is no information, Please fill with “/” .

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8501

REV: A.1/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years