



生化试剂出厂检验报告
Chemistry Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name	全程C反应蛋白（超敏CRP+常规CRP）测定试剂盒（免疫散射比浊法） C-Reactive Protein Assay Kit(Immuno Nephelometry)			
规格 Specification	100T/盒 100Tests/Kit	产品型号 Product Model	/	
批号 Batch No.	20250626	有效期 Expiration Date	2026.06.25	
生产日期 Production Date	2025.06.26	检验日期 Inspection Date	2025.07.02	
试剂批号 Reagent batch number	20250626	试剂有效期 Expiration date of Reagent	2026.06.25	
校准/质控批号 Calibrator/Control batch number	20250626	校准有效期 Expiration date of Calibrator	2026.06.25	
检验项目 Inspection Items	检验标准 Inspection Standard		检验结果 Inspection Results	判定 Judgment
1 外观 Appearance	R1无色至淡黄色澄清液体，R2乳白色液体，无沉淀及絮状物 R1 is colorless or yellowish clear liquid and R2 is milky liquid, without sediments or floccules.		符合 Meet with the requirement	合格 Pass
2 净含量 Net volume	液体试剂的净含量应不少于标示值 The Net volume of liquid reagents should not be less than the indicated value		符合 Meet with the requirement	合格 Pass
3 准确度 Accuracy	相对偏差不超过±10% The relative deviation should not exceed ±10%.		7.18%	合格 Pass
4 重复性 Repeatability	变异系数CV≤10% Coefficient of Variation (CV) ≤ 10%		QC1 1.37%	合格 Pass
			QC2 1.93%	Pass
5 线性范围 Linearity range	在0.5mg/L~370mg/L范围内，相关系数（r）应≥0.9900 Within the range of 0.5mg/L ~ 370mg/L, the correlation coefficient (r) should be ≥ 0.9900.		0.9990	合格 Pass
结论 Conclusion	合格 Pass			
检验员 Inspector	银少彤	复核人 Reviewer	高曼姿	
日期 Date	2025.07.02	日期 Date	2025.07.02	

注：若无内容填写应用“/”。

Note: If there is no information, please fill with "/".

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8503

REV: A.2/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years