



化学发光试剂出厂检验报告

Chemiluminescen Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		清洗液 Chemiluminescence Analyzer Probe Maintenance Cleanser							
规格 Specification		70mL*1	产品型号 Product Model		维护洗液A				
批号 Batch No.		20250710	有效期 Expiration date		2026/7/9				
生产日期 Production Date		2025/7/10	检验日期 Inspection Date		2025.07.14				
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard			检验结果 Inspection Results			判定 Judgment	
1	外观 Appearance	应为均一液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物 The product should be homogeneous liquid, without sediments, particles or floccules.			符合要求 Meet with the requirement			合格 Pass	
2	净含量 Net volume	实际装量不低于标示装量 The actual packing volume shall not be less than the indicated packing volume.			重量 (g) Weight	71.04	71.21	70.89	合格
					装量 (ml) Volume	70.76	70.93	70.61	Pass
3	PH值 PH value	允许范围为 ≥ 9.0 ($25\pm 1^{\circ}\text{C}$) Allowed Range ≥ 9.0 ($25\pm 1^{\circ}\text{C}$)			温度 Temp. ($^{\circ}\text{C}$)	25	25	25	合格
					PH	13.01	13	13	Pass
4	准确度 Accuracy	/			/			/	
5	重复性 Repeatability	/			/			/	
6	线性范围 Linearity range	/			/			/	
结论 Conclusion		合格 Pass							
检验员 Inspector		银少彤		复核人 Reviewer		高曼姿			
日期 Date		2025.07.14		日期 Date		2025.07.14			

注：若无内容填写应用“/”。
Note: If there is no information, please fill with "/".

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8504
REV: A. 2/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years