



血球试剂出厂检验报告

Hematology Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		血细胞分析用稀释液 Diluent for Hematology Analyzer						
产品型号 Product Model		RD-50	规格 Specification		20L			
批 号 Batch No.		20250718	有效期 Expiration date		2027/7/17			
生产日期 Production Date		2025-07-18	检验日期 Inspection Date		2025. 07. 21			
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard			检验结果 Inspection Results		判定 Judgment	
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。 Transparent liquid; No precipitation, particles, or floccule			符合要求 Meet with the requirement		合格 Pass	
2	净含量 Net volume	重量允许范围: $\geq 20.2\text{kg}$ weight allowance: is not less than 20.2kg			20.35	20.4	20.4	合格 Pass
3	PH值 PH value	7.30 ± 0.20 ($25 \pm 1^\circ\text{C}$) not exceed ± 0.20 of 7.30 under temperature of ($25^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$)			7.33	7.34	7.34	合格 Pass
4	电导率 Conductivity Value	应不超过 $16.1\text{ mS/cm} \pm 0.50\text{ mS/cm}$ 。 should not exceed $\pm 0.5\text{ ms/cm}$ of 16.1 mS/cm			15.87	15.88	15.89	合格 Pass
5	渗透浓度 Osmolality Value	应不超过 $318 \pm 10\text{ mOsm/Kg}$ (mmol/L) should not exceed $\pm 10\text{ mOsm/kg}$ of 318 mOsm/Kg			316	320	319	合格 Pass
结论 Conclusion		合格 Pass						
检验员 Inspector		银少彤		复核人 Reviewer		高曼姿 质检专用章		
日期 Date		2025. 07. 21		日期 Date		2025. 07. 21		

注：若无内容填写应用“/”。

Note: If there is no information, Please fill with "/".

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8501

REV: A.1/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years