



血球试剂出厂检验报告

Hematology Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		清洗液 Cleanser			
产品型号 Product Model		多功能酶清洗液RC-1	规格 Specification	1L	
批号 Batch No.		20250707S	有效期 Expiration date	2027/1/6	
生产日期 Production Date		2025-07-07	检验日期 Inspection Date	2025.07.08	
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard		检验结果 Inspection Results	
判定 Judgment					
1	外观 Appearance	应为澄清或透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。 Transparent liquid; No precipitation, particles, or floccule		符合要求 Meet with the requirement	
2	净含量 Net volume	重量允许范围为: $\geq 1.01\text{kg}$ weight allowance: is not less than 1.01kg		1.08	1.09
3	PH值 PH value	7.45 ± 0.50 ($25 \pm 1^\circ\text{C}$) not exceed ± 0.50 of 7.45 under temperature of ($25^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$)		7.47	7.46
4	电导率 Conductivity Value	/		/	
5	渗透浓度 Osmolality Value	/		/	
结论 Conclusion		合格 Pass			
检验员 Inspector		银少彤	复核人 Reviewer	高曼姿	
日期 Date		2025.07.08	日期 Date	2025.07.08	



注: 若无内容填写应用“/”。

Note: If there is no information, Please fill with“/”.

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8501

REV: A.1/. 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years