



生化试剂出厂检验报告

Chemistry Reagent Inspection Report

产品名称 Product Name		清洗液 RBA-Cleanser			
规格 Specification		1L	产品型号 Product Model		生化分析仪用RCC-1 RCC-1
批号 Batch No.		20250715	有效期 Expiration Date		2026. 07. 14
生产日期 Production Date		2025. 07. 15	检验日期 Inspection Date		2025. 07. 18
试剂批号 Reagent batch number		/	试剂有效期 Expiration date of Reagent		/
校准/质控批号 Calibrator/Control batch number		/	校准有效期 Expiration date of Calibrator		/
检验项目 Inspection Items		检验标准 Inspection Standard			判定 Judgment
1	外观 Appearance	颜色均一, 无沉淀、颗粒或絮状物 Homogeneous liquid, without sediments, particles or floccules.			合格 Pass
2	净含量 Net volume	重量允许范围: $\geq 1.01\text{kg}$ Weigent allowance: $\geq 1.01\text{kg}$			合格 Pass
3	PH值 PH value	≥ 9.0			合格 Pass
4	/	/			/
5	/	/			/
结论 Conclusion		合格 Pass			
检验员 Inspector		莫宗儒	复核人 Reviewer		高曼姿
日期 Date		2025. 07. 18	日期 Date		2025. 07. 18

注: 若无内容填写应用“/”。

Note: If there is no information, please fill with“/”.

表格编号/Form Number: RT-RFM-Q8503

REV: A.2/ 保存期限: 10年/Storage Life: 10 years

